シンプルニークラッチ
取扱説明書

1. 安全上の警告・注意

1) 使用目的以外に使用しないでください。
2) 本品の二次的加工をしないでください。
3) 大腿部を胴の方向に 90° より大きく曲げないでください。患者の神経を損傷するおそれがあります。
4) 足首・膝と対角の肩関節を結ぶラインを股関節の外側に位置させないでください。患者の神経を損傷するおそれがあります。
5) 当社指定の構成品以外の組合せで使用しないでください。機器に重大な損傷を与え、患者又は使用者に重篤な障害をもたらす危険性があります。
6) 長時間、膝窩への圧迫が予想される手技には使用しないでください。長時間膝窩を圧迫すると、重大な神経障害を起こすおそれがあります。
7) 本品に熟練した人以外は使用しないでください。
8) 機器の破損や患者の脱落を起こすおそれがあるため、適応患者体重を遵守してください。

2. 製品概要と各部・付属品の名称・構造

適用患者体重: 180kg 以下
パッド: ポリエチレン
ストラップ:ナイロン

3. 使用前の準備に関する事項

本品を初めてお使いになる際は、事前に麻酔のかかっていない人（看護師、医師、病院スタッフ等）で練習することをお奨めします。標準的な関節可動限度がわかり、患者に無理な体勢をとらせる危険性が少なくなります。

4. 一般的な使用方法とその注意事項

1）使用前に、必要に応じて消毒剤等で清拭してください。
2）患者を楽な姿勢で手術台に載せてください。

> ⚠ 注意
> 本品による固定は、患者に麻酔をかける前に行い、正常な可動範囲等を確認してください。

3）OP 台用クランプ（イージーロックソケット（別売））を患者の股関節の位置に合わせて手術台のサイドレール又は手術台アクセサリーレールに取り付けます。

> ⚠ 注意
> ① 必ず、患者の股関節の位置にイージーロックソケットを設置してください。
> ② イージーロックソケットのサイドレール又は手術台アクセサリーレールへの取付・固定は確実に行ってください。

4）本品をイージーロックソケットに差し込んで適切な角度に調節してから、イージーロックソケットのロックノブをしっかりと締めて固定してください。

> ⚠ 注意
> 本品を持ち上げ、イージーロックソケットから抜けないことを確認してください。

5）本品の固定ハンドルをゆるめ、適切な高さに調節してください。
6）パッドの位置、角度を調節した後、固定ハンドルをしっかりと締めてください。
※このとき、ストラップは外しておいてください。
7）患者の両足を載せ、本品を下から支えながら固定ハンドル及びイージーロックソケットのロックノブを軽くゆるめます。
8）本品の高さ、角度を患者の体位に合わせて調節し、固定ハンドル及びイージーロックソケットのロックノブをしっかり締めます。

> ⚠ 注意
> ① 位置決めの際は、足首・膝と対角の肩関節を結ぶラインができるだけまっすぐに、股関節より内側になるようにしてください。
> ② 固定ハンドル及びイージーロックソケットのロックノブがしっかりと固定されているか確認してください。

9）患者の下肢をストラップで締めて固定します。

> ⚠ 注意
> ① 下肢をストラップで締め付けないようにしてください。少なくとも、下肢とストラップの間に指が入るようにしてください。
> ② 下肢をさらにしっかりと固定する必要がある場合は、ストラップと下肢の間にパッドをはさんでください。
> ③ 患者の身体に負荷をかけるような動作をしないでください。
> ④ 患者に無理な姿勢を取らせたり、無理な力が掛からないように装着してください。

5. 医療機器の清掃、消耗品の交換、保管方法に関する事項

1) 清潔で良好な乾燥状態を保てる場所で保管してください。
2) 汚れが乾燥し落ちにくくなるのを防ぐため、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに清拭・消毒してください。
3) 浸漬しないでください。
4) サビの原因になるため、噴霧液で消毒、清拭しないでください。
5) 滅菌しないでください。
6) パッドは、アルコール系消毒剤で清拭しないでください。

6. 保守点検に関する事項

1) 使用前に、汚れ・破損・可動部の動き等を点検してください。
2) 耐用期間［自己認証（当社データ）による］
パッド：3年　　パッド以外：5年

7. 技術仕様

適用患者体重：180kg 以下
高さ調節範囲：405～530mm
ストラップ付き

8. アフターサービスとその連絡先に関する事項

製造販売業者：村中医療器株式会社
〒594-1157　大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号
TEL　0725-53-5546　　http://www.muranaka.co.jp

注文コード	品　番	商品名
623-003-13	O-KCP	シンプルニークラッチ
623-003-14	O-KCPP	シンプルニークラッチ用パッド
623-400-23	A-40023	イージーロックソケット（マッケ OP 台用）
623-400-30	A-40030	イージーロックソケット（国産 OP 台用）

9. 保証

保証規定

1. 取扱説明書・本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、お買い上げ日より一年以内に故障した場合、無償修理いたします。
2. 無償修理期間内でも次の場合には有償修理になります。
   (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
   (ロ) お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷。
   (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
   (ニ) 本書の提示がない場合。
   (ホ) 本書にお買い上げ日、お客様名、お買い上げ店名の記入のない場合あるいは字句を書替えられた場合。
   (ヘ) 消耗部品。
   (ト) 故障の原因が本品以外に起因する場合。
   (チ) その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障及び損傷。
3. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
4. 本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品質保証書

このたびは、シンプルニークラッチ をお買い求めいただきありがとうございました。本品は厳重な検査を行い、高品質を確保しております。しかし通常のご使用において、万一不具合が発生した場合は、保証規定により、お買い上げ日より一年間は無償修理いたします。

※製品の保証は日本国内での使用に限ります　This warranty is valid only in Japan.

※以下につきましては必ず販売店にて記入捺印をお受けください。

商品名: シンプルニークラッチ シリアルNo. : ご芳名	お買い上げ店名 印
ご住所 TEL. ( )	住所 TEL. ( )
	お買い上げ日　年　月　日

製造販売業者：村中医療器株式会社

〒594-1157　大阪府和泉市あゆみ野二丁目8番2号　TEL　0725-53-5546